

正誤表

X線 CT 認定技師 講習会テキスト第6版 第1刷

P88. 表 4-3 ノイズ、平均 CT 値および均一性の受入・不变性試験

誤

プロトコル	平均 CT 値		ノイズ		均一性	
	受入試験	不变性試験	受入試験	不变性試験	受入試験	不变性試験
ヘリカルスキャンの スライス厚(FWHM)	公称値±6HU (小 or 大ファントム)	基礎値±7HU (小 or 大ファントム)	公称値±最大 15%or0.75HU (小 or 大ファントム)	要求なし	≤8HU (小 or 大ファントム)	要求なし
選択可能な管電圧で 成人体幹部	公称値±6HU (小フ ァントム)	基礎値±7HU (小フ ァントム)	公称値±最大 15%or0.75HU (小フ ァントム)	要求なし	≤8HU (小ファントム)	要求なし

正

プロトコル	平均 CT 値		ノイズ		均一性	
	受入試験	不变性試験	受入試験	不变性試験	受入試験	不变性試験
選択可能な管電圧で 成人体幹部	公称値±6HU (小 or 大ファントム)	基礎値±7HU (小 or 大ファントム)	公称値±最大 15%or0.75HU (小 or 大ファントム)	要求なし	≤8HU (小 or 大ファントム)	要求なし
選択可能な管電圧で 小児体幹部	公称値±6HU (小フ ァントム)	基礎値±7HU (小フ ァントム)	公称値±最大 15%or0.75HU (小フ ァントム)	要求なし	≤8HU (小ファントム)	要求なし